

Choc électrique sur DAI

Choc unique

Au moins 2 chocs rapprochés

Patient entouré ?
Absence de signes défaillance

NON

OUI

Prise en charge au centre
implanteur dans les 48H

Envoi SMUR
Monitoring des constantes
Voie d'abord périphérique

Patient stable, rythme stable

Tachycardie QRS larges

Pas de récurrence de choc

Récurrence de choc

Cf protocole p 15
CEE possible

Transfert SAU ou USIC centre
implanteur pour contrôle

Tachycardie QRS larges
avant le choc?

Transfert USIC proximité
ou centre implanteur

Chocs inappropriés ?
Application aimant pour
inhiber DAI

NON

OUI

Chocs appropriés ?
Application aimant pour inhiber
DAI si chocs mal tolérés, relais
nécessaire par CEE + protocole
"tachycardie QRS larges" p 15