

# Choc électrique sur DAI

Choc unique

Au moins 2 chocs rapprochés

Patient entouré ?  
Absence de signes défaillance

NON

OUI

Prise en charge au centre  
implanteur dans les 48H

Envoi SMUR  
Monitoring des constantes  
Voie d'abord périphérique

Patient stable, rythme stable

Tachycardie QRS larges

Pas de récurrence de choc

Récurrence de choc

Cf protocole p17  
CEE possible

Transfert SAU ou USIC centre  
implanteur pour contrôle

Tachycardie QRS larges  
avant le choc?

Transfert USIC proximité  
ou centre implanteur

Chocs inappropriés ?  
Application aimant pour  
inhiber DAI

NON

OUI

Chocs appropriés ?  
Application aimant pour inhiber  
DAI si chocs mal tolérés, relais  
nécessaire par CEE + protocole  
"tachycardie QRS larges" p17